

令和 8 年 2 月 10 日

加 賀 市 長

(担当 総務部管財課)

## 見 積 依 頼 書

下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

物 件 名 等	保健備品) オージオメータ
見積提出期限 及 び 場 所	令和 8 年 2 月 20 日 午前 11 時 00 分 加賀市役所 総務部 管財課
見積書宛名	加賀市長
納 入 期 限	令和 8 年 3 月 31 日
納 入 場 所	山中中学校保健室
落 札 方 法	総価落札
注意事項	1 指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきます。 2 会社にあっては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。

伺 番 号 第 0000414 号

# 品 目 明 細

年 度 令和 7 年度

件 名 保健備品) オーディオメータ

伺 番 号 0000414

1 / 1

No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位: 台)	分類番号	001-003-000
1	規 格	オーディオメータ (1人両耳用)		
	数 量	1 台		
No.	品 名		分類番号	
2	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
3	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
4	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
5	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
6	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
7	規 格			
	数 量			

## 保健備品仕様書

●購入物品概要

NO	品名	数量	メーカー名 型式等	同等品	納入先 (担当者)
1	オーディオメータ (1人両耳用)	1	<p>【参考】ニッター 型番4211-325 オーディオメータ(1人両耳用) NTR32W1(JQA検定品)</p> <p>【大きさ】 W25×D15×H7cm程度 【質量】 ・本体 約600g ・ヘッドフォン 約300g 【適応規格】 JIS T 1201-1:2020 タイプ4 【検査音】 断続・連続切替可 【周波数】 ・選別聴力検査/1,000Hz、4,000Hz ・気道聴力検査 250Hz、500Hz、1,000Hz、2,000Hz、3,000Hz 4,000Hz、6,000Hz 【周波数制度】 ±2%以下 【出力レベル】 ・選別聴力検査/1,000Hz 30dBHL 4,000Hz 25dBHL ・気道聴力検査/-10dBHL～70dBHL(5dBステップ) ※JQA検定品</p> <p>現在使用中のオーディオメータ(コロナ電業株式会社:UA-2)の廃棄あり</p>	可	山中中学校 1階保健室 (渡邊)

●備考

- ※ 同等品で見積の場合、カタログのコピー等詳細のわかるものを添付してください。
- ※ 備考欄に廃棄ありと記載のある場合は、廃棄費用を含んだ見積をお願いします。

●納入期日

令和8年3月31日(火)

- ※ 納入日時は事前に納入先である学校の担当者へ必ず連絡してください。

●担当者

教育委員会事務局教育庶務課



耳・鼻

安心な  
5年間保証付

# 聴力検査をさらにスピーディーに！高精度に！ ニットーオーディオメータ新JIS規格タイプ4に準拠

(2020年6月1日改正)

## オーディオメータ (1人両耳用)★

オススメ!

4211-315	NTR32W1	(税抜108,000円)税込118,800円
4211-325	NTR32W1 (JQA検定品)	(税抜127,500円)税込140,250円



管理  
医療機器

●日本製

## オーディオメータ (2人両耳用)★

オススメ!

4211-335	NTR32W2	(税抜138,000円)税込151,800円
4211-345	NTR32W2 (JQA検定品)	(税抜165,500円)税込182,050円



管理  
医療機器

●日本製

## JQA-JCSS校正 (検査) 料金

4211-326	1人両耳用7周波	(税抜19,500円)税込21,450円
----------	----------	----------------------

## JQA-JCSS校正 (検査) 料金

4211-346	2人両耳用7周波	(税抜27,500円)税込30,250円
----------	----------	----------------------

## オーディオメータ5年間無償修理オプション

4211-399	(税抜3,000円)税込3,300円
----------	--------------------

・このオプションは、製品と同時購入いただけの場合に限り有効です。  
●適応機種/NTR32W1、NTR32W2

## ニットーオーディオメータ仕様

型 式	NTR32W1	NTR32W2
大 小 寸	(W) 25 × (D) 15 × (H) 7cm	
質 量	本体 約 600g	
電 源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	3.5VA	
適 応 規 格	JIS T 1201-1:2020 タイプ4	
検 査 音	断続・連続切替可	
周 波 数	選別聴力検査 / 1000Hz、4000Hz 気導聴力検査	
周波数の精度	±2%以内	
出力レベル	選別聴力検査 / 1000Hz 30dBHL、4000Hz 25dBHL 気導聴力検査 / -10dBHL ~ 70dBHL (5dB ステップ)	
全高調波ひずみ	2.5%以下	
聴力レベル誤差	250 ~ 4000Hz ± 3dB 以内、6000Hz ± 5dB 以内	
インタラプタ	正 (ノーマリー ON) / 逆 (ノーマリー OFF) 切替可能	
モ ニ タ 音	ミニジャック出力端子 (ステレオミニプラグ 35mm) (ミニスピーカを接続可能 (別売品))	
断線チェック機能	有り	
付 属 品	両耳用ヘッドホン 1個 両耳用ヘッドホン 2個 イヤホン接続コード 2本 イヤホン接続コード 4本 応答スイッチ 1個 応答スイッチ 2個 収納ケース 1個・取扱説明書 1冊 電源コード 2.5m (2P 変換プラグ付) 1本 保証書・検査表	
認 証 番 号	220AABZX00046000	220AABZX00047000
医療機器分類	管理医療機器 (クラスII)	

日本で初めて量産型補聴器を作ったパイオニア、オーディオメータのトップメーカー「リオン」が開発！  
信頼性の高い検査が得られます。

### オーディオメータの検査についてニットーからのお知らせ。

JQA (一般財団法人 日本品質保証機構) は、有料にて出荷前検査と定期検査 (校正) を実施し、検査に合格したオーディオメータには、校正ラベルが貼付され、合格証と校正証明書が添付されます。この校正証明書には、国際化対応の JCSS のシンボルマーク (標章) が付され国家計量標準にトレーサブルであること、校正結果が信頼できることなどが公的に証明されます。当社のオーディオメータは、出荷前に社内検査を実施していますが、「オーディオメータの JCSS 校正品」とご指定くだされば、出荷前に検査 (校正) を受けて納入させていただきます。なお、オーディオメータは、学校保健法施行規則において「定期的に校正を受けること」が定められています。検査 (校正) の有効期限は1年です。正確な機器で聴力検査を行うために、1年に1度は定期検査 (校正) を受けましょう。



5年間保証・無償修理について: お客様の正常なご使用状態においての故障が対象となります。以下については保証・無償修理の対象外となります。①校正点検費用 ②誤った取扱い、不当な修理や改造による故障および損傷 ③落下や衝撃など不可抗力による故障および損傷 ④火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧及びその他の天災・地変による故障、不具合等